Kontrollskjema

ZAFENA

Kontrollskjema med grafisk fremstilling av analyseverdier

Navn virksomhet:…………………………

Analyse/apparat:Simple Simon®PT

Lot/cal: T032L2
Fasitverdi: INR 2,50

Kontrollmateriale: ZAP LOT T194L

(för annan reagenslot se www.zafena.se för andra skjeman).

Tillat avvik: ±0,25

Gränser: INR 2,25-2,75

I kolonnen for kommentarer er det plass til å påføre når det er nylaget reagens og/eller nylaget ZAP , samt når Noklus-utsendelse er analysert.

År/ Dato Dato	**Målt Verdi**	**Fasitverdi** **2,25** **2,50** **2,75** 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90	**Kommentar** nytt reagens/ZAP NOKLUS utsendelse	**Sign**